



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

RMC MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres: SANAYİ MAH. TEKNOPARK BLV. TEKNOPARK 2A No:1 /2A/109 PENDİK/İSTANBUL İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0280-K

Akreditasyon Tarihi : 03.05.2023

Revizyon Tarihi / No : 30.04.2025 / 02

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **02.05.2027** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0280-K	RMC MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ			
	Akreditasyon No: AB-0280-K Revizyon No: 02 Tarih: 30.04.2025			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
Adresi : SANAYİ MAH. TEKNO PARK BLV. TEKNO PARK 2A No:1 /2A/109 PENDİK/ İSTANBUL İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 216 290 5172 Fax : - E-Posta : rmc@rmc.com.tr Web Sitesi : https://rmc.com.tr/		

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)

Elektrik - DA ve Alçak Frekans Büyüklükleri (AF)

Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
DC Gerilim DC Gerilim Ölçerler Multimetre: DC Gerilim Veri Toplama Cihazı: DC Gerilim	$0 \text{ mV} \leq U \leq 329.9999 \text{ mV}$		$76 \mu\text{V/V} \cdot U + 3,8 \mu\text{V}$	U: Gerilim • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
DC Gerilim DC Gerilim Ölçerler Multimetre: DC Gerilim Veri Toplama Cihazı: DC Gerilim	$0,33 \text{ V} \leq U \leq 3,2999 \text{ V}$		$53 \mu\text{V/V} \cdot U + 58 \mu\text{V}$	U: Gerilim • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
DC Gerilim DC Gerilim Ölçerler Multimetre: DC Gerilim Veri Toplama Cihazı: DC Gerilim	$3,3 \text{ V} \leq U \leq 32.9999 \text{ V}$		$64 \mu\text{V/V} \cdot U + 76 \mu\text{V}$	U: Gerilim • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
DC Gerilim DC Gerilim Ölçerler Multimetre: DC Gerilim Veri Toplama Cihazı: DC Gerilim	$33 \text{ V} \leq U \leq 329.9999 \text{ V}$		$71 \mu\text{V/V} \cdot U + 0,66 \text{ mV}$	U: Gerilim • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
DC Gerilim DC Gerilim Ölçerler Multimetre: DC Gerilim Veri Toplama Cihazı: DC Gerilim	$330 \text{ V} \leq U \leq 1000 \text{ V}$		$70 \mu\text{V/V} \cdot U + 1,7 \text{ mV}$	U: Gerilim • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

